

Ethanol + Alkohole Leervollblut (human)

Zielwert-Ermittlung: ALC 25-28

Ethanol + Alcohols Blank whole blood (human)

Determination of target values: ALC 25-28

Ethanol + alcools Sang total témoin (humain)

Détermination des valeurs cibles: ALC 25-28

Analyte / Analytes	Methode Method Méthode	Einheit Unit Unité	LOD Nachweisgrenze / limit of detection / limite de détection	Verifizierter Wert ¹⁾ Verified value ¹⁾ Valeur vérifiée ¹⁾
Ethanol	HS-GC-MS/FID	g/L	0,03	< LOD
Methanol	HS-GC-MS/FID	mg/L	0,50	< LOD
Aceton(e)	HS-GC-MS/FID	mg/L	0,25	0,77
2-Propanol / propan-2-ol	HS-GC-MS/FID	mg/L	0,05	0,93

Anmerkungen

- 1) Mehrfach-Bestimmungen unabhängiger, gemäß EN ISO 17025 bzw. DIN EN ISO 15189 akkreditierter Laboratorien.
Die angegebenen Werte sind auf Vollblut bezogen.

- 2) Dichte (20°C): 1,0537 ± 0,0005 g/cm³

Notes

- 1) Multiple analyses by independent laboratories accredited according to EN ISO 17025 resp. DIN EN ISO 15189.

The printed values correspond with whole blood.

- 2) Density (20°C): 1.0537 ± 0.0005 g/cm³

Remarques

- 1) Mesuré par des laboratoires indépendants accrédités selon EN ISO 17025 resp. DIN EN ISO 15189.
Les valeurs indiquées sont à base de sang total.

- 2) Densité (20°C): 1,0537 ± 0,0005 g/cm³

Literatur / Bibliography / Littérature

- 1) Richtlinien zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration (BAK) für forensische Zwecke – BAK-Richtlinien – in: BLUTALKOHOL, VOL. 48/2011, Nr. 3, S. 137-143
Änderung Vol.57/2020, Nr. 1, S. 23-24
2) Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK) Deutsches Ärzteblatt 2023, 120 (21-22), 30.05.2023

Symbole / Symbols / Symboles

IVD Nur für in-vitro-diagnostische Zwecke!
Only for in-vitro diagnostic use!
Uniquement pour le diagnostic in vitro!

LOT Chargenbezeichnung
Batch number
Numéro du lot

REF Artikelnummer
Code
Code article

 Lagertemperatur
Storage temperature
Température de stockage

 Verwendbar bis (letzter Tag des Monats)
Expiration date (last day of the month)
Date d'expiration (dernier jour du mois)

 Gebrauchsinformation beachten!
Read instruction sheet before use!
Lire les instructions avant utilisation!

 Hersteller
Manufacturer
Fabricant

ALC VB

10 Level / niveaux

Ethanol + Alkohole
in Vollblut (human)**Beschreibung**

Medidrug® ALC VB ist ein flüssiges Referenzmaterial in 10 Konzentrationsbereichen und wird auf 100% Humanblutbasis hergestellt.

Verwendungszweck

Kalibration oder Qualitätskontrolle der Bestimmungen von Ethanol, Methanol, Aceton und 2-Propanol im Vollblut.

Werte-Ermittlung

Die angegebenen Werte wurden von unabhängigen Rechtsmedizinischen Instituten ermittelt.

Die Angabe der Konfidenzintervalle für forensische und klinische Anwendungen erfolgt entsprechend den Vorgaben der BAK-Richtlinien sowie der RiliBÄK (siehe Literaturangabe).

Die angegebenen Werte gelten nur für die betreffende Charge (LOT siehe Etikett).

Transport und Lagerung

Das Referenzmaterial kann ohne Kühlung versendet werden und ist unmittelbar nach Erhalt bei +2 bis +8°C zu lagern.

Haltbarkeit

Original verschlossen: +2 bis +8°C, 36 Monate
Jedoch nur bis zu dem im Analysenzertifikat angegebenen Verfallsdatum.

Fläschchen nach Gebrauch sofort wieder dicht verschließen und bei +2 bis +8°C aufbewahren, nicht offen stehen lassen!

Ampullen sind für den sofortigen Gebrauch nach Aufbruch bestimmt!

Gebrauchsanweisung

Das Referenzmaterial ist gebrauchsfertig und wie eine Patientenprobe in Übereinstimmung mit den Arbeitsvorschriften des Geräte- und/oder Reagenzienherstellers einzusetzen. Vor Entnahme der Probe auf Raumtemperatur bringen und 15 Minuten sorgfältig mischen (Rotationsmischer) um eine homogene Verteilung der Bestandteile sicherzustellen.

Einschränkung

Sofern das Referenzmaterial einen unlöslichen Bodensatz oder Anzeichen mikrobiologischer Kontamination aufweist, ist es zu verwerfen.

Achtung

Jede zur Herstellung dieses Referenzmaterials verwendete Serum- oder Bluteinheit wurde mit staatlich zugelassenen Methoden auf folgende Antigene und Antikörper geprüft und für negativ befunden: HBsAG, anti-HIV-1, anti-HIV-2, anti-HBc und anti-HCV. Für den Nachweis von Infektionserregern gibt es jedoch keine absoluten Testmethoden. Alle Materialien humanen Ursprungs sind daher grundsätzlich mit derselben Sorgfalt wie potentiell infektiöse Patientenproben zu behandeln.

In-vitro-diagnostikum**Symbole / Symbols / Symboles**

Nur für in-vitro-diagnostische Zwecke!
Only for in-vitro diagnostic use!
Uniquement pour le diagnostic in vitro!



Chargenbezeichnung
Batch number
Numéro du lot



Artikelnummer
Code
Code article

Ethanol + Alcohols
in Whole Blood (human)**Description**

Medidrug® ALC VB is a liquid reference material, prepared from 100% human blood in 10 levels.

Intended Use

Calibration or quality monitoring of determinations of ethanol, methanol, acetone and propan-2-ol in whole blood.

Assignment of Values

The values provided here in this insert were established by independent institutions working in forensic medicine.

The indication of the confidence intervals for forensic and clinical applications are in accordance with relevant guidelines (see bibliography).

The verified values listed apply only to the particular batch (LOT No. see label).

Transport and Storage

The reference material can be shipped at ambient temperature. Upon receipt the material has to be stored at +2 to +8°C.

Stability

Originally closed: +2 to +8°C, 36 months

But not longer than the expiration date specified in the certificate of analysis.

After working close the vials immediately and store them tightly capped at +2 to +8°C, do not let them standing open!

Ampoules are only for working at once!

Procedure

The reference material is ready to use and should be treated the same as patient specimens and run in accordance with the instructions accompanying the instrument.

Before sampling, allow the reference material to stand at room temperature and then invert carefully for 15 minutes to ensure homogeneity (rotation mixer).

Limitation of procedure

Discard a reference material if showing evidence of an insoluble sediment or microbiological contamination.

Attention

Each serum or blood donor unit used to manufacture this reference material was tested by state-accepted testing methods and found non-reactive for the following Antigens and Antibodies: HBsAG, anti-HIV-1, anti-HIV-2, anti-HBc and anti-HCV. No test method can offer complete assurance that products containing human source materials will be absent of these or other infectious agents. Therefore, handle them with the same precautions used with patient specimens.

For in vitro diagnostic use

Lagertemperatur
Storage temperature
Température de stockage



Verwendbar bis (letzter Tag des Monats)
Expiration date (last day of the month)
Date d'expiration (dernier jour du mois)



Gebrauchsinformation beachten!
Read instruction sheet before use!
Lire les instructions avant utilisation!

Ethanol + alcools
dans le sang total (humain)**Description**

Medidrug® ALC VB est un matériau de référence liquide, à 10 niveaux de concentrations préparé à partir de 100% de sang total d'origine humaine.

Utilisation prévue

Calibration ou contrôle de qualité pour le dosage de l'éthanol, le méthanol, l'acétone et le propan-2-ol dans le sang total.

Détermination des valeurs

Les valeurs sont déterminées par des instituts médico-juridiques indépendants.

Les marges de confiance indiquées pour les applications médico-légales et cliniques sont en conformité selon les directives (voir littérature).

Les valeurs indiquées ne valent que pour le lot correspondant (voir étiquette).

Transport et conservation

Le matériau de référence peut être expédié à la température ambiante. Après réception, le matériau doit être stocké entre +2 et +8°C.

Stabilité

En flacon bouché à l'origine : de +2 à +8°C, 36 mois
Mais pas plus longue qu'à la date d'expiration indiquée dans le certificat d'analyse.

Après utilisation, bouchez le flacon immédiatement et conservez entre +2 et +8°C; jamais le laisser ouvert! Les ampoules sont prévues pour une seule utilisation!

Mode opératoire

Le matériau de référence est prêt à l'emploi et doit être traité de la même manière que les échantillons des patients. Avant toute utilisation, laissez le flacon se tempérer à température ambiante et puis remélangez soigneusement pour 15 minutes mécanique par rotation.

Limite d'utilisation

Tout matériau de référence utilisé présentant un sédiment insoluble ou un signe de contamination microbienne doit être jeté.

Attention

Chaque sérum ou sang de donneur utilisé pour la préparation du matériau de référence a été testé par des méthodes officielles approuvées par l'état et trouvé négatif pour les antigènes et anticorps suivants: HBsAG, anti-HIV-1, anti-HIV-2, anti-HBc et anti-HCV. Aucun test ne peut garantir absolument que les produits contenant du matériel d'origine humaine soient libres d'agents infectieux ou autres. En conséquence, ils doivent être manipulés avec les mêmes précautions que celles prises pour les échantillons de patients.

Usage in vitro

Hersteller
Manufacturer
Fabricant



Medichem Diagnostica GmbH
Kringstrasse 5
D-71144 Steinenbronn (Germany)

☎ +49 (0) 7157 / 5304 - 0
☎ +49 (0) 7157 / 5304 - 11
✉ info@medichem.de

