

Begleitstoffe
Wässriger Standard

Congener Alcohols
Aqueous Standard

Alcools additifs
Etalon aqueux

Analyt / Congener alcohols Alcools mixtes	Einheit Unit Unité	Zielwert Target Value Valeur cible
Aceton / Acétone	mg/L	5,0
Methanol / Méthanol	mg/L	10
1-Butanol	mg/L	1,0
2-Butanol	mg/L	1,0
2-Butanon	mg/L	1,0
2-Methyl-1-propanol / Isobutanol	mg/L	1,0
2-Methyl-1-butanol / 2-Méthyl-1-butanol	mg/L	1,0
3-Methyl-1-butanol / 3-Méthyl-1-butanol	mg/L	1,0
1-Propanol	mg/L	1,0
2-Propanol	mg/L	1,0
Ethanol	g/L	1,5

Anmerkungen

1) Die angegebenen Zielwerte wurden von unabhängigen Rechtsmedizinischen Instituten mittels GC kontrolliert.
Hinweis: 2-Propanol wurde in dieser Kontrolle eingewogen. Es können keine Angaben hinsichtlich der zu erwartenden Werte gemacht werden.

Notes

1) The target values printed in this insert were controlled by independent institutions of forensic medicine with GC.
Note: 2-propanol is weighted into this control. No claim is made for expected values.

Remarques

1) Les valeurs cibles ont été contrôlées par des instituts de Médecine Légale indépendants par la méthode GC.
Remarque: 2-propanol est pondéré dans ce contrôle. Aucune revendication n'est faite concernant les valeurs attendues.

Literatur / Bibliography / Littérature

Bonte, W.: Begleitstoffe alkoholischer Getränke, in Arbeitsmethoden der med. und naturwissenschaftl. Kriminalistik, Bd. 17, E. Weinig+ und S. Berg, Verlag Max Schmidt-Römhild, Lübeck (1987).

IVD Nur für in-vitro-diagnostische Zwecke!
Only for in-vitro diagnostic use!
Uniquement pour le diagnostic in vitro!

LOT Chargenbezeichnung
Batch number
Numéro du lot

REF Artikelnummer
Code
Code article

 Lagertemperatur
Storage temperature
Température de stockage

 Verwendbar bis (letzter Tag des Monats)
Expiration date (last day of the month)
Date d'expiration (dernier jour du mois)

 Gebrauchsinformation beachten!
Read instruction sheet before use!
Lire les instructions avant utilisation!

 Hersteller
Manufacturer
Fabricant

BGS W 7 Level / niveaux

Begleitstoffe

Wässriger Standard

Beschreibung

Medidrug® BGS W ist ein wässriger Standard in 7 signifikanten Konzentrationsbereichen.

Verwendungszweck

Zur Kalibration der Bestimmung von Begleitstoffen.

Werte-Ermittlung

Die angegebenen Zielwerte wurden von unabhängigen, akkreditierten Rechtsmedizinischen Instituten kontrolliert.

Die angegebenen Werte gelten nur für die betreffende Charge (LOT siehe Etikett).

Transport und Lagerung

Das Referenzmaterial kann ohne Kühlung versendet werden und ist unmittelbar nach Erhalt bei +20 bis +25°C zu lagern.

Haltbarkeit

Original-verschlossen und bei +20 bis +25°C gelagert, ist das Referenzmaterial 36 Monate, jedoch nur bis zu dem im Analysenzertifikat angegebenen Verfallsdatum haltbar.

Ampullen sind für den sofortigen Gebrauch nach Aufbruch bestimmt!

Gebrauchsanweisung

Medidrug BGS W ist gebrauchsfertig und wie eine Patientenprobe in Übereinstimmung mit den Arbeitsvorschriften des Geräte- und/oder Reagenzienherstellers einzusetzen.

In vitro diagnosticum

Congener Alcohols

Aqueous Standard

Description

Medidrug® BGS W is an aqueous standard in 7 significant levels.

Intended Use

Calibration of the determination of congener alcohols.

Assignment of Values

The target values printed in this insert were controlled by independent, accredited institutions of forensic medicine.

The stated values apply only to the particular batch (LOT see label).

Transport and Storage

The reference material can be shipped at ambient temperature. Upon receipt the material has to be stored at +20 to +25°C.

Stability

Originally closed and stored at +20 to +25°C the reference material is stable for 36 months, but not longer than the expiration date specified in the certificate of analysis.

Ampoules are only for working at once!

Procedure

Medidrug BGS W is ready to use and should be treated the same as patient specimens and run in accordance with the instructions accompanying the instrument, kit or reagent being used.

For in vitro diagnostic use

Alcools additifs

Étalon aqueux

Description

Medidrug® BGS W est un étalon aqueux à 7 niveaux de concentrations significatifs.

Utilisation prévue

Calibration pour le dosage d'alcools additifs.

Détermination des valeurs

Les valeurs cibles ont été contrôlées par des instituts médicojuridiques indépendants, accrédités. Les valeurs indiquées ne valent que pour le lot correspondant (LOT voir étiquette).

Transport et conservation

Le matériau de référence peut être expédié à la température ambiante. Après réception, le matériau doit être stocké entre +20 et +25°C.

Stabilité

En flacons bouchés à l'origine et conserve entre +20 et +25°C, le matériau de référence reste stable pour 36 mois, mais pas plus longue qu'à la date d'expiration indiquée dans le certificat d'analyse.

Les ampoules sont prévues pour une seule utilisation!

Mode opératoire

Medidrug BGS W est prêt à l'emploi et doit être traité de la même manière que les échantillons des patients.

Usage in vitro

Medidrug® BGS W	cal 1	cal 2	cal 3	cal 4	cal 5	cal 6	cal 7	high
10 x 1,2 ml (Amp.)	91311	91321	91331	91341	91351	91361	91371	91381



MEDICHEM Diagnostica GmbH
Kringstrasse 5
D-71144 Steinenbronn (Germany)

☎ + 49 (0) 7157 / 5304 - 0
📠 + 49 (0) 7157 / 5304 - 11
✉ info@medichem.de

